
























































NUORODOS NUMERIS	SIMBOLIS	AIŠKINAMASIS TEKSTAS/SIMBOLIO PAVADINIMAS
NESTANDARTINĖ NUORODA/NĖRA VISUOTINAI PRIPAŽINTO AR STANDARTIZUOTO SIMBOLIO		
		Atsakingasis asmuo Jungtinėje Karalystėje
		Kiekis
		Prietaiso sudėtyje nėra arba gali būti natūralios gumos latekso
		Atgalinė informacija iš kliento
		Perskaitykite pridedamus dokumentus, kuriuose pateikiama svarbios, su saugumu susijusios, informacijos
		Nominalioji CF tipo paciento apsauga
		Sudėtyje yra CMR medžiagos, kobalto
		Sudėtyje yra CMR medžiagos – švino
		Sudėtyje yra nikelio
		Sudėtyje yra dioktilalavo bis(2-etilheksilmerkptoacetato)
ISO 15223-1 - MEDICINOS PRIETAISAI - MEDICINOS PRIETAISŲ ŽENKLINIMO SIMBOLIAI, ETIKETĖS IR PATEIKIAMA INFORMACIJA		
5.1.1		Gamintojas

NUORODOS NUMERIS	SIMBOLIS	AIŠKINAMASIS TEKSTAS/SIMBOLIO PAVADINIMAS
5.1.2		Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje (Europos Sąjungoje)
5.1.3		Pagaminimo data
5.1.4		Sunaudoti iki
5.1.5		Serijos (partijos) kodas
5.1.6		Katalogo numeris
5.1.7		Serijos numeris
5.1.8		Importuotojas
5.1.9		Platintojas
5.1.11		Pagaminimo šalis – Meksika
5.1.11		Pagaminimo šalis – Jungtinės Amerikos Valstijos
5.2.3		Sterilizuota naudojant etileno oksidą
5.2.3/5.2.11		Sterilizuota naudojant etileno oksidą/Viena sterilaus barjero sistema

NUORODOS NUMERIS	SIMBOLIS	AIŠKINAMASIS TEKSTAS/SIMBOLIO PAVADINIMAS
5.2.3/5.2.14		Sterilizuota naudojant etileno oksida/Vienguba sterili barjerinė sistema su išorine apsaugine pakuote
5.2.4		Sterilizuota spinduliais
5.2.4/5.2.11		Sterilizuota spinduliais/Viena sterilaus barjero sistema
5.2.6		Nesterilizuoti pakartotinai
5.2.8		Jeigu pakuotė sugadinta, nenaudokite. Perskaitykite naudojimo instrukcijas
5.2.11		Viena sterilaus barjero sistema
5.2.14		Vienguba sterili barjerinė sistema su išorine apsaugine pakuote
5.3.2		Saugoti nuo saulės šviesos
5.3.4		Laikyti sausai
5.3.6		Viršutinioji temperatūros riba
5.3.7		Temperatūros riba

NUORODOS NUMERIS	SIMBOLIS	AIŠKINAMASIS TEKSTAS/SIMBOLIO PAVADINIMAS
5.4.2		Nenaudoti pakartotinai
5.4.3	 www.medcomp.net	Perskaitykite naudojimo instrukcijas arba elektronines naudojimo instrukcijas
5.4.4		Įspėjimas
5.4.7		Sudėtyje yra vaistinės medžiagos
5.4.8		Sudėtyje yra gyvūninės kilmės biologinės medžiagos
5.4.10		Sudėtyje yra pavojingų medžiagų
5.6.3		Nepirogeniškas
5.7.3		Paciento identifikavimas
5.7.4		Pacientui skirta informacinė interneto svetainė
5.7.5		Sveikatos priežiūros centras ar gydytojas
5.7.6		Data

NUORODOS NUMERIS	SIMBOLIS	AIŠKINAMASIS TEKSTAS/SIMBOLIO PAVADINIMAS
5.7.7		Medicinos prietaisas
5.7.10		Unikalus prietaiso identifikatorius
BS EN 15986 - SIMBOLIS, NAUDOJAMAS ŽENKLINANT MEDICINOS PRIETAISUS, FTALATŲ TURINČIŲ MEDICINOS PRIETAISŲ ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI		
A.2		Sudėtyje yra ftalatų: DEHP
FDA GAIRĖS DĖL SIMBOLIŲ NAUDOJIMO ŽENKLINANT (CFR 801)		
		Išpėjimas: įstatymas riboja šio prietaiso pardavimą tik licencijuotam sveikatos priežiūros specialistui arba pagal jo receptą.
ASTM F2503 - STANDARTINĖ MEDICINOS PRIETAISŲ IR KITŲ GAMINIŲ ŽENKLINIMO, SIEKIANČIŲ UŽTIKRINTI JŲ SAUGUMĄ MAGNETINIO REZONANSO APLINKOJE, PRAKTIKA		
		Saugus magnetinio rezonanso (MR) aplinkoje
		Santykinė sauga MR aplinkoje
		Nesaugus MR aplinkoje
		Santykinė sauga MR aplinkoje – 3,0 teslų
		Santykinė sauga MR aplinkoje – 1,5, 3,0 teslų
ISO 7000 - GRAFINIAI SIMBOLIAI, SKIRTI NAUDOTI PRIETAISUOSE REGISTRUOTIEJI SIMBOLIAI		
3079		Atidaryti čia

NUORODOS NUMERIS	SIMBOLIS	AIŠKINAMASIS TEKSTAS/SIMBOLIO PAVADINIMAS
MDD 93/42/EEB, MDR 2017/745, REGLAMENTAS (ES) NR. 765/2008		
		CE atitikties ženklas
2021 M. VAISTŲ IR MEDICINOS PRIETAISŲ ĮSTATYMAS (VAISTŲ IR MEDICINOS PRIETAISŲ ĮSTATYMAS, 2021 M.)		
		Atitikties įvertinta pagal JK reikalavimus
„SWISSMEDIC“ TAISYKLĖS		
		Įgaliotasis atstovas Šveicarijoje