

SÚHRN PARAMETROV BEZPEČNOSTI A KLINICKÉHO VÝKONU

SSCP-027

Katéter Duo-Flow® Soft-Line®

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Účelom tohto súhrnu parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) je poskytnúť verejnosti prístup k aktualizovanému súhrnu hlavných aspektov bezpečnosti a klinického výkonu pomôcky.

Účelom tohto SSCP nie je nahradiť návod na použitie ako hlavný dokument na zaistenie bezpečného používania pomôcky, ani nie je určený na poskytovanie diagnostických alebo terapeutických návrhov určeným používateľom alebo pacientom.

Použiteľné dokumenty	
Typ dokumentu	Názov/číslo dokumentu
DHF	10016, 17007, 17008
Číslo súboru „Dokumentácia MDR“	TD-027

História revízií					
Revízia	Dátum	CR#	Autor	Popis zmien	Overené
1	07NOV2022	27445	KO	Počiatočná implementácia SSCP	<input type="checkbox"/> Áno, táto verzia bola overená notifikovanou osobou v tomto jazyku: Angličtina <input type="checkbox"/> Nie, táto verzia nebola overená notifikovanou osobou, pretože ide o implantovateľnú pomôcku triedy IIa alebo IIb
2	06JUN2023	28181	KO	Pridaná plánovaná aktivita v rámci PMCF, PMCF_STHD_241; aktualizované formulácie v oddiele pre pacientov kvôli zlepšeniu čitateľnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Áno, táto verzia bola overená notifikovanou osobou v tomto jazyku: Angličtina <input type="checkbox"/> Nie, táto verzia nebola overená notifikovanou osobou, pretože ide o implantovateľnú pomôcku triedy IIa alebo IIb
3	15APR2024	29025	GM	Aktualizácia SSCP tak, aby zahŕňal pridanie plánovanej činnosti PMCF Požiadavky na údaje Truveta a retrospektívnej analýzy a aktualizované informácie o dohlade po uvedení na trh	<input type="checkbox"/> Áno, táto verzia bola overená notifikovanou osobou v tomto jazyku: Angličtina <input type="checkbox"/> Nie, táto verzia nebola overená notifikovanou osobou, pretože ide o implantovateľnú pomôcku triedy IIa alebo IIb.

História revízií					
Revízia	Dátum	CR#	Autor	Popis zmien	Overené
4	16SEP2024	29468	GM	Aktualizácia v súlade s CER-013_D	<input type="checkbox"/> Áno, táto verzia bola overená notifikovanou osobou v tomto jazyku: Angličtina <input type="checkbox"/> Nie, táto verzia nebola overená notifikovanou osobou, pretože ide o implantovateľnú pomôcku triedy IIa alebo IIb.

POUŽÍVATELIA/POSKYTOVATELIA ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI

Nasledujúce informácie sú určené pre používateľov/poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Po týchto informáciách nasleduje súhrn určený pre pacientov.

1. Identifikácia pomôcky a všeobecné informácie

Obchodné názvy pomôcky	Katéter Duo-Flow® Soft-Line®
Názov a adresa výrobcu	Medical Components, Inc. 1499 Delp Drive Harleysville, PA 19438 USA
Jediné registračné číslo výrobcu (SRN)	US-MF-000008230
Základný identifikátor (UDI-DI)	00884908301MS
Popis/text nomenklatúry zdravotníckej pomôcky	F900201 - Krátkodobé hemodialyzačné katétre a súpravy
Trieda pomôcky	III
Dátum prvého vydania certifikátu CE pre túto pomôcku	Marec 2001
Meno a SRN oprávneného zástupcu	Gerhard Frömel Európsky odborník na reguláciu Medical Product Service GmbH (MPS) Borngasse 20 35619 Braunfels, Nemecko SRN: DE-AR-000005009
Názov notifikovanej osoby a jediné identifikačné číslo	BSI Group The Netherlands B.V. NB2797

Pomôcky v zábere tohto dokumentu sú všetky súpravy katétrov na krátkodobú hemodialýzu. Čísla dielov pomôcok sú usporiadané do kategórií variantov. Tieto pomôcky sú distribuované ako zásobníky na zákroky, v rôznych konfiguráciách vrátane príslušenstva a doplnkových pomôcok (pozrite si časť „Príslušenstvo určené na použitie v kombinácii s pomôckou“).

Varianty pomôcok:

Popis variantu	Číslo/-a dielu
11,5 F x 12 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1348G
11,5 F x 15 cm vopred zahnutý Duo-Flow Soft-Line	1388G
11,5 F x 15 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1346G
11,5 F x 20 cm vopred zahnutý Duo-Flow Soft-Line	1389G
11,5 F x 20 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1347G
11,5 F x 24 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1364G
7 F x 10 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1352G-10
7 F x 7 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1352G-7
9 F x 12 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1349
9 F x 15 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1350
9 F x 20 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1351

Zásobníky na zákroky:

Katalógový kód	Číslo dielu	Popis
DJST710	1352G-10	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Jet® Soft-Line®, veľkosť 7 F x 10 cm
DL7/10	1352G-10	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Nikkiso Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 7 F x 10 cm
T114ME	1348G	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 11,5 F x 12 cm
T116IJS-2E.	1388G	Základná súprava s vopred zahnutým dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line® s dvomi prišívacími krídlami, veľkosť 11,5 F x 15 cm
T116ME	1346G	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 11,5 F x 15 cm
T118IJS-2E.	1389G	Základná súprava s vopred zahnutým dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line® s dvomi prišívacími krídlami, veľkosť 11,5 F x 20 cm
T118ME	1347G	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 11,5 F x 20 cm
T119M	1364G	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 11,5 F x 24 cm
T73M	1352G-7	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 7 F x 7 cm
T74M	1352G-10	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 7 F x 10 cm
T94M	1349	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 9 F x 12 cm

Katalógový kód	Číslo dielu	Popis
T96M	1350	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 9 F x 15 cm
T98M	1351	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 9 F x 20 cm

Konfigurácie zásobníkov na zákroky:

Typ konfigurácie	Komponenty súpravy
Základná súprava Duo-Flow® Soft-Line®	(1) Katéter (1) Vodiaci drôt (1) Posúvač vodiaceho drôtu (1) Ihla (1) Skalpel (1) Dilatátor (2) Koncový uzáver

2. Určené použitie pomôcky

Určené použitie	Katétre Duo-Flow® Soft-Line® sú určené na použitie u dospelých pacientov s akútnym poškodením obličiek (AKI) alebo chronickým ochorením obličiek (CKD), u ktorých sa na základe pokynov kvalifikovaného akreditovaného lekára považuje za potrebné bezprostredne vykonať centrálny venózný cievny prístup na krátkodobú hemodialýzu. Katéter sa má používať pod pravidelnou kontrolou a posúdením kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov. Tento katéter je určený len na jednorazové použitie.
Indikácie	Katéter Duo-Flow® Soft-Line® je indikovaný na krátkodobé použitie v prípadoch, keď je potrebný cievny prístup na účely hemodialýzy na kratšie ako 14 dní.
Cieľová populácia	Katétre Duo-Flow® Soft-Line® sú určené na použitie u dospelých pacientov s akútnym poškodením obličiek (AKI) alebo chronickým ochorením obličiek (CKD), u ktorých sa na základe pokynov kvalifikovaného akreditovaného lekára považuje za potrebné bezprostredne vykonať centrálny venózný cievny prístup na krátkodobú hemodialýzu. Katéter nie je určený na použitie u pediatrických pacientov.
Kontraindikácie a/alebo obmedzenia	<ul style="list-style-type: none"> Známe alebo predpokladané alergie na niektorú zo zložiek katétra alebo súpravy. Táto pomôcka je kontraindikovaná u pacientov so závažnou, nekontrolovanou koagulopatiou alebo trombocytopeniou.

3. Popis pomôcky



Obrázok 1 - Katéter Duo-Flow® Soft-Line® (rovný)



Obrázok 2 - Katéter Duo-Flow® Soft-Line® (vopred zahnutý)

<p>Popis pomôcky</p>	<p><u>Duo-Flow® Soft-Line®</u></p> <p>Katéter Duo-Flow® Soft-Line® odvádza a navracia krv cez dva oddelené lúmeny. Obidva lúmeny sú pripojené k predlžovacej hadičke s farebne odlišenými zásuvkovými konektormi typu luer. Prechod medzi lúmenom a predlžovacími hadičkami je umiestnený v tvarovanej spojke. Arteriálny aj venózný lúmen majú bočné otvory. Katéter obsahuje síran bárnatý, ktorý uľahčuje vizualizáciu pri fluoroskopii alebo röntgenovom vyšetrení. Katéter je k dispozícii s rovným alebo vopred zahnutým lúmenom v rôznych veľkostiach French a rôznych dĺžkach, aby sa prispôbil preferenciám lekára a klinickým potrebám.</p> <p><u>Duo-Jet® Soft-Line®</u></p> <p>Katéter Duo-Jet® Soft-Line® odvádza a navracia krv cez dva oddelené lúmeny. Obidva lúmeny sú pripojené k predlžovacej hadičke s farebne odlišenými zásuvkovými konektormi typu luer. Prechod medzi lúmenom a predlžovacími hadičkami je umiestnený v tvarovanej spojke. Arteriálny aj venózný lúmen majú bočné otvory. Katéter obsahuje síran bárnatý, ktorý uľahčuje vizualizáciu pri fluoroskopii alebo röntgenovom vyšetrení.</p> <p><u>Nikkiso Soft-Line®</u></p> <p>Katéter Nikkiso Soft-Line® odvádza a navracia krv cez dva oddelené lúmeny. Obidva lúmeny sú pripojené k predlžovacej hadičke s farebne odlišenými zásuvkovými konektormi typu luer. Prechod medzi lúmenom a predlžovacími hadičkami je umiestnený v tvarovanej spojke. Arteriálny aj venózný lúmen majú bočné otvory. Katéter obsahuje síran bárnatý, ktorý uľahčuje vizualizáciu pri fluoroskopii alebo röntgenovom vyšetrení.</p>														
<p>Materiály/látky, ktoré prichádzajú do kontaktu s tkanivom pacienta</p>	<p>Percentuálne rozsahy v nasledujúcej tabuľke sú založené na hmotnostiach katétra veľkosti 7 F x 7 cm (7,48 g) a katétra veľkosti 11,5 F x 20 cm (9,94 g).</p> <table border="1" data-bbox="495 1396 1425 1701"> <thead> <tr> <th>Materiál</th> <th>% hmotnosti (w/w)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polyuretán</td> <td>37,75 - 46,38</td> </tr> <tr> <td>Acetálový kopolymér</td> <td>19,28 - 25,63</td> </tr> <tr> <td>Polyvinylchlorid</td> <td>19,23 - 25,56</td> </tr> <tr> <td>Akrylonitrilbutadiénstyrén</td> <td>7,81 - 10,38</td> </tr> <tr> <td>Síran bárnatý</td> <td>0,68 - 5,01</td> </tr> <tr> <td>Vythene</td> <td>0 - 2,28</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Poznámka:</u> Podľa návodu na použitie je pomôcka kontraindikovaná u pacientov so známymi alebo suspektnými alergiami na vyššie uvedené materiály.</p>	Materiál	% hmotnosti (w/w)	Polyuretán	37,75 - 46,38	Acetálový kopolymér	19,28 - 25,63	Polyvinylchlorid	19,23 - 25,56	Akrylonitrilbutadiénstyrén	7,81 - 10,38	Síran bárnatý	0,68 - 5,01	Vythene	0 - 2,28
Materiál	% hmotnosti (w/w)														
Polyuretán	37,75 - 46,38														
Acetálový kopolymér	19,28 - 25,63														
Polyvinylchlorid	19,23 - 25,56														
Akrylonitrilbutadiénstyrén	7,81 - 10,38														
Síran bárnatý	0,68 - 5,01														
Vythene	0 - 2,28														

Informácie týkajúce sa liečiv v pomôcke	Nevzťahuje sa.	
Princíp fungovania pomôcky	Katétre na hemodialýzu sú centrálné umiestnené prístupové hadičky. Typický katéter na hemodialýzu používa tenkú, flexibilnú hadičku. Hadička má dva otvory. Hadička sa umiestňuje do veľkej žily. Zvyčajne do vnútornej krčnej žily. Krv sa odoberá cez jeden lúmen katétra. Krv prúdi do dialyzačného prístroja cez samostatnú hadičku. Krv sa následne spracuje a prefiltruje. Krv sa vracia k pacientovi cez druhý lúmen. Táto pomôcka sa používa, ak je potrebné okamžite začať s dialýzou. Pacienti nemusia mať funkčnú AV fistulu alebo štep. Katéetrová hemodialýza sa zvyčajne uskutočňuje krátkodobo.	
Informácie týkajúce sa sterilizácie	Obsah je sterilný a nepyrogénny v neotvorenom, nepoškodenom obale. Sterilizované etylénoxidom.	
Predchádzajúce generácie/varianty	Názov predchádzajúcej generácie	Rozdiely od súčasnej pomôcky
	Nevzťahuje sa	Nevzťahuje sa
Príslušenstvo určené na použitie v kombinácii so zariadením	Názov príslušenstva	Popis príslušenstva
	Vodiaci drôt	Na všeobecné intravaskulárne použitie na uľahčenie selektívneho umiestnenia zdravotníckych pomôcok v anatómii ciev.
	Posúvač vodiaceho drôtu	Pomôcka na zavedenie vodiaceho drôtu do cieľovej žily.
	Zavádzacia ihla	Používa sa na perkutánne zavedenie vodiacich drôtov.
	Skalpel	Pomôcka na rezanie pri chirurgických, patologických a menších lekárskech zákrokoch.
	Dilatátor	Určený na perkutánny vstup do cievy s cieľom zväčšiť otvor cievy na umiestnenie katétra do žily.
	Koncový uzáver	Na udržanie čistoty a ochranu konektora katétra typu luer medzi ošetreniami.
Iné pomôcky alebo výrobky určené na použitie v kombinácii s touto pomôckou	Názov pomôcky alebo výrobku	Popis pomôcky alebo výrobku
	Striekačka	Pripojená k zavádzacej ihle, ktorá pomáha zachytiť návrat krvi, keď zavádzacia ihla perforuje cieľovú žilu, zabraňuje vzduchovej embólii

4. Riziká a výstrahy

Reziduálne riziká a nežiaduce účinky	<p>Všetky chirurgické zákroky sú spojené s rizikom. Spoločnosť Medcomp® zaviedla procesy riadenia rizík s cieľom aktívne vyhľadávať a zmiernovať tieto riziká v čo najväčšej možnej miere bez toho, aby bol negatívne ovplyvnený pomer prínosov a rizík pomôcky. Po zmiernení zostávajú reziduálne riziká a možnosť nežiaducich udalostí pri používaní tohto výrobku. Spoločnosť Medcomp® dospela k záveru, že všetky zostávajúce riziká sú prijateľné, ak sa zväžia vzhľadom na očakávané klinické prínosy katétra Duo-Flow® Soft-Line® a prínosy iných podobných hemodialyzačných pomôcok.</p>	
	Typ reziduálneho poškodenia	Možné nežiaduce udalosti spojené s poškodením
	Alergická reakcia	Alergická reakcia Reakcia neznášanlivosti na implantovanú pomôcku
	Krvácanie	Krvácanie (môže byť závažné) Vykrvenie Krvácanie z femorálnej artérie Hematóm Krvácanie Retroperitoneálne krvácanie
	Srdcová udalosť	Srdcová arytmia Srdcová tamponáda
	Embólia	Vzduchová embólia
	Infekcia	Bakteriémia Endokarditída Infekcia miesta výstupu Septikémia
	Perforácia	Punkcia dolnej dutej žily Lacerácia cievy Perforácia cievy Pneumotorax Punkcia pravej predsieni Punkcia podkľúčnej tepny Punkcia hornej dutej žily
	Stenóza	Venózna stenóza
	Poškodenie tkaniva	Zranenie ramenného pletenca Nekróza miesta výstupu Poranenie medziplúčia Poranenie pohrudnice

Reziduálne riziká a nežiaduce účinky	Typ reziduálneho poškodenia	Možné nežiaduce udalosti spojené s poškodením		
	Trombóza	Centrálna žilová trombóza Trombóza lúmenu Trombóza podkľúčnej žily Cievna trombóza		
	Rôzne komplikácie	Dysfunkcia katétra Poškodenie stehenného nervu Hemotorax Nesprávna poloha Lacerácia hrudného kanála		
	Kategória reziduálneho poranenia pacienta	Kvantifikácia reziduálnych rizík		
		St'aznosti v rámci PMS (1. januára 2018 - 31. decembra 2023)	Udalosti PMCF	
		Predané jednotky: 28 628	Študované jednotky: 0	
		% pomôcok	% pomôcok	
	Alergická reakcia	Nie je nahlásená	Nie je nahlásená	
	Krvácanie	0,003 %	Nie je nahlásená	
	Srdcová udalosť	Nie je nahlásená	Nie je nahlásená	
Embólia	Nie je nahlásená	Nie je nahlásená		
Infekcia	Nie je nahlásená	Nie je nahlásená		
Perforácia	Nie je nahlásená	Nie je nahlásená		
Stenóza	Nie je nahlásená	Nie je nahlásená		
Poškodenie tkaniva	Nie je nahlásená	Nie je nahlásená		
Trombóza	Nie je nahlásená	Nie je nahlásená		

Výstrahy a bezpečnostné opatrenia

Ku katétru Duo-Flow® Soft-Line® sa uvádzajú tieto výstrahy:

- Nezavádzajte katéter do trombotizovaných ciev.
- Ak narazíte na nezvyčajný odpor, vodiaci drôt alebo katéter neposúvajte.
- Vodiaci drôt do nezavádzajte ani nevyberajte zo žiadnej súčasti násilím. Ak sa vodiaci drôt poškodí, vodiaci drôt a všetky súvisiace komponenty sa musia odstrániť spolu.
- Katéter ani príslušenstvo neresterilizujte žiadnou metódou.
- Obsah je sterilný a nepyrogénny v neotvorenom, nepoškodenom obale. STERILIZOVANÉ ETYLÉNOXIDOM
- Nepoužívajte katéter alebo príslušenstvo opakovane, pretože môže dôjsť k nedostatočnému vyčisteniu a dekontaminácii pomôcky, čo môže viesť ku kontaminácii, degradácii katétra, únave pomôcky alebo reakcii na endotoxín.
- Katéter ani príslušenstvo nepoužívajte, ak je balenie otvorené alebo poškodené.
- Nepoužívajte katéter ani príslušenstvo, ak sú viditeľné akékoľvek známky poškodenia výrobku alebo ak uplynul dátum spotreby.
- Nepoužívajte ostré nástroje v blízkosti predlžovacej hadičky alebo lúmenu katétra.
- Na odstránenie obväzu nepoužívajte nožnice.

Ku katétru Duo-Flow® Soft-Line® sa uvádzajú tieto bezpečnostné opatrenia:

- Pred a po každom ošetrení skontrolujte lúmen katétra a predlžovacie hadičky, či nie sú poškodené.
- Aby ste predišli nehodám, zabezpečte všetky uzávery a krvné spojenia pred ošetrením a medzi ošetreniami.
- S týmto katétrom používajte len konektory Luer Lock (so závitom).
- V zriedkavých prípadoch, keď sa náboj alebo konektor počas zavádzania alebo používania oddelí od akejkoľvek súčasti, vykonajte všetky potrebné kroky a opatrenia, aby ste zabránili strate krvi alebo vzduchovej embólii, a katéter odstráňte.
- Pred pokusom o zavedenie katétra sa uistite, že ste oboznámení s možnými komplikáciami a ich urgentným riešením v prípade, že sa niektorá z nich vyskytne.
- Opakované nadmerné ťahovanie krvných liniek, injekčných striekačiek a uzáverov znižuje životnosť konektorov a môže viesť k ich prípadnému zlyhaniu.
- Katéter sa poškodí, ak sa použijú iné svorky ako tie, ktoré sú súčasťou tejto súpravy.
- Vyhnite sa upínaniu v blízkosti konektora Luer Lock a náboja katétra. Opakované svorkovanie hadičky na rovnakom mieste môže hadičku oslabiť.

Ďalšie dôležité aspekty bezpečnosti (napr. bezpečnostné nápravné opatrenia atď.)	Za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2023 bolo 12 sťažností na 24 408 predaných kusov, čo predstavuje celkovú mieru sťažností 0,049 %. Nevyskytli sa žiadne udalosti súvisiace so smrťou. Počas sledovaného obdobia neboli zaznamenané žiadne udalosti, ktoré by viedli k stiahnutiu pomôcky z trhu.
--	---

5. Súhrn klinického hodnotenia a klinického sledovania po uvedení na trh (PMCF)

Súhrn klinických údajov týkajúcich sa predmetnej pomôcky			
Klinická literatúra	Údaje PMCF	Celkový počet prípadov	Odpovede v používateľskom prieskume
70 (a 88 prípadov zmiešanej kohorty)	0	70 (a 88 prípadov zmiešanej kohorty)	1
<p>Klinický výkon bol meraný pomocou parametrov vrátane doby zavedenia, výsledkov zavedenia katétra a miery nežiaducich udalostí. Kritické klinické parametre získané z týchto štúdií spĺňali štandardy stanovené v najnovších usmerneniach. V žiadnej z klinických aktivít neboli zistené žiadne nepredvídané nežiaduce udalosti alebo iné vysoké výskyty nežiaducich udalostí.</p> <p>STHD katétre Medcomp® sa v rámci vývoja pomôcky podrobujú testovaniu simulovaného používania, ktorého cieľom je replikovať používanie po dobu 30 dní, a musia týmto testovaním úspešne prejsť. Katéter Duo-Flow® Soft-Line® úspešne prešiel týmto testovaním. Klinické usmernenia odporúčajú obmedziť používanie krátkodobých nemanžetových netunelovaných dialyzačných katétrov na maximálne 2 týždne (KDOQI 2019); v dostupných klinických dôkazoch, ktoré výrobca doteraz identifikoval, sa však dĺžka používania týchto katétrov rôžnila. Hoci materiály katétrov Medcomp® obsahujú nerozložiteľné polyméry, plne funkčné katétre môžu byť odstránené z iných dôvodov, ako je napríklad neriešiteľná infekcia či zmena liečby. Z týchto dôvodov sa publikovaná klinická literatúra nie vždy zameriava na fyzickú životnosť katétra. V prípade katétra Duo-Flow® Soft-Line® malo 69 katétrov trvanie používania s priemernou dobou zavedenia 36,4 dňa [95 % interval spoľahlivosti: 0 - 73,6 dní], ktoré bolo zistené pri doteraz hlásených klinických použitíach. Na základe týchto informácií majú katétre Duo-Flow® Soft-Line® životnosť 30 dní. Rozhodnutie o odstránení a/alebo výmene katétra by však malo byť založené na klinickom výkone a potrebe, a nie na vopred určenom čase.</p>			
Súhrn klinických údajov týkajúcich sa ekvivalentnej pomôcky (ak je dostupná)			
Pre známe a neznáme varianty predmetnej pomôcky boli vygenerované klinické dôkazy z publikovanej literatúry a PMCF. Zdôvodnenie rovnocennosti v aktualizovanej správe o klinickom hodnotení preukáže, že dostupné klinické dôkazy pre tieto varianty reprezentujú rozsah variantov pomôcky v rade pomôcok.			

Varianty využívajúce rovnocennosť: <ul style="list-style-type: none"> • Konkrétne varianty Duo-Flow® Soft-Line® 	Varianty s príspevom klinických údajov: <ul style="list-style-type: none"> • Duo-Flow® Soft-Line® (variant neznámy)
<p>Neexistujú žiadne klinické alebo biologické rozdiely medzi variantmi v rámci predmetného radu pomôcok a potenciálny vplyv technických rozdielov bude racionalizovaný v aktualizovanej správe o klinickom hodnotení.</p>	
<p>Súhrn klinických údajov z prieskumov pred uvedením na trh (ak sú dostupné)</p>	
<p>Na klinické hodnotenie pomôcky sa nepoužili žiadne klinické pomôcky pred uvedením na trh.</p>	
<p>Súhrn klinických údajov z iných zdrojov:</p>	
<p>Zdroj: Súhrn publikovanej literatúry</p>	
<p>Vyhľadávanie literatúry s klinickými dôkazmi odhalilo tri publikované literárne články reprezentujúce 70 prípadov špecifických pre rodinu zariadení Duo-Flow® Soft-Line® a ďalších 88 prípadov zmiešaných kohort zahŕňajúcich zariadenia Duo-Flow® Soft-Line®.</p>	
<p>Články zahŕňali dve retrospektívne štúdie (Amira et al. a Park et al.) a jednu prípadovú správu (Fuentes et al.).</p>	
<p>Literatúra:</p>	
<p>Amira CO, Bello BT, Braimoh RW. A study of outcome and complications associated with temporary hemodialysis catheters in a Nigerian dialysis unit. <i>Saudi journal of kidney diseases and transplantation: an official publication of the Saudi Center for Organ Transplantation, Saudi Arabia.</i> 2016;27(3):569-75.</p>	
<p>Fuentes, A. D., Rubio, G. T., Acuña, C. A., Rubio, F. D., Milic, F. B., & Troncoso, P. C. (2023). Near-fatal cocaine intoxication in an infant with thrombotic microangiopathy associated with multiple organ failure. <i>Revista Paulista de Pediatria, 42</i>, e2022159.</p>	
<p>Park HS, Choi J, Kim HW et al. Exchange over the guidewire from non-tunneled to tunneled hemodialysis catheters can be performed without patency loss. <i>The Journal of Vascular Access.</i> 2018;19(3):252-7.</p>	
<p>Zdroj: PMCF_Medcomp_211</p>	
<p>Používateľský prieskum spoločnosti Medcomp získal odpovede od zdravotníckeho personálu oboznámeného s ľubovoľným počtom výrobkov od spoločnosti Medcomp.</p>	
<p>20 respondentov odpovedalo, že používajú krátkodobé hemodialyzačné katétre Medcomp, resp. že sa tieto katétre používajú v ich zariadení, pričom 1 z týchto respondentov používa pomôcku Duo-Flow® Soft-Line®. Neexistovali žiadne rozdiely v priemerných pocitoch používateľov týkajúcich sa bezpečnosti alebo výkonu pri používaní krátkodobých katérov na hemodialýzu v rámci najmodernejších opatrení týkajúcich sa výkonu a bezpečnosti alebo medzi typmi pomôcok.</p>	

Nasledujúce údaje boli zhromaždené od používateľov krátkodobých katérov na hemodialýzu od spoločnosti Medcomp (n = 20):

- (Priemerná odpoveď na Likertovej škále) Katétre fungujú podľa ich určeného použitia - 4,8/5
- (Priemerná odpoveď na Likertovej škále) Balenie umožňuje aseptické vybratie pomôcky - 4,9/5
- (Priemerná odpoveď na Likertovej škále) Prínos prevažuje nad rizikom - 4,7/5
- Doba zavedenia (n = 19) - 15,74 dní (**95 % interval spoľahlivosti: 6,3 - 25,1**)

Nasledujúce údaje boli zhromaždené od používateľov katérov Duo-Flow® Soft-Line® od spoločnosti Medcomp (n = 1):

- (Priemerná odpoveď na Likertovej škále) Katétre fungujú podľa ich určeného použitia - 5/5
- (Priemerná odpoveď na Likertovej škále) Balenie umožňuje aseptické vybratie pomôcky - 5/5
- (Priemerná odpoveď na Likertovej škále) Prínos prevažuje nad rizikom - 5/5
- Doba zavedenia (n = 1) - 14 dní

Celkový súhrn parametrov klinickej bezpečnosti a výkonu

Po preskúmaní údajov o katéroch Duo-Flow® Soft-Line® zo všetkých zdrojov je možné dospieť k záveru, že prínosy predmetnej pomôcky prevažujú nad celkovými a individuálnymi rizikami, ak sa pomôcka používa podľa určenia výrobcu. Podľa názoru výrobcu a klinického odborného hodnotiteľa sú dokončené aj prebiehajúce činnosti dostatočné na podporu bezpečnosti, účinnosti a prijateľného pomeru prínosov a rizík predmetných pomôcok.

Výstup	Publikované usmernenie (najnovšie)	Požadovaný trend	Klinická literatúra (Predmetná pomôcka)	Údaje PMCF (Predmetná pomôcka)
Výkon				
Doba zavedenia	Viac ako 8 dní	↑	36,4 dňa (Súhrn publikovanej literatúry)	14 dňa (PMCF_Medcomp_211) Odpoveď na Likertovej škále 5/5 (PMCF_Medcomp_211)**
Výsledky zákroku	Viac ako 95 %	↑	Neboli hlásené žiadne komplikácie zavedenia pomôcky. (Súhrn publikovanej literatúry)	Odpoveď na Likertovej škále 5/5 (PMCF_Medcomp_211)**

Výstup	Publikované usmernenie (najnovšie)	Požadovaný trend	Klinická literatúra (Predmetná pomôcka)	Údaje PMCF (Predmetná pomôcka)
Bezpečnosť				
Infekcia krvného obehu súvisiaca s katétrom (CRBSI)	Menej ako 7,8 prípadov CRBSI na 1 000 katérových dní	↓	0,25 - 1,73 na 1 000 katérových dní (Súhrn publikovanej literatúry)	Odpoveď na Likertovej škále 5/5 (PMCF_Medcomp_211)**
Frekvencia infekcie miesta výstupu	Menej ako 3,5 prípadov infekcie miesta výstupu na 1 000 katérových dní	↓	ND*	Odpoveď na Likertovej škále 5/5 (PMCF_Medcomp_211)**
Žilový trombus spojený s katétrom (CAVT)	Menej ako 11,4 prípadov CAVT na 1 000 katérových dní	↓	9,88 na 1 000 katérových dní (Súhrn publikovanej literatúry)	Odpoveď na Likertovej škále 5/5 (PMCF_Medcomp_211)**
<p>* ND označuje, že o danom parametri klinických údajov nie sú k dispozícii žiadne údaje.</p> <p>** PMCF_Medcomp_211 sa opýtal respondentov, aby na stupnici od 1 do 5 vyjadrili, či ich skúsenosti vo vzťahu ku každému výsledku boli rovnaké alebo lepšie ako kritériá prijateľnosti prínos/riziko.</p>				
Prebiehajúce alebo plánované klinické sledovanie po uvedení na trh (PMCF)				
Popis	Zámer	Referencia	Časová os	
Multicentrická séria kazuistík na patientskej úrovni	Zhromažďovanie ďalších klinických údajov o zariadení	PMCF_STHD_241	4. štvrťrok 2025	
Vyhľadávanie v najnovšej literatúre	Identifikácia rizík a trendov pri používaní dialyzačných katétrov	SAP-HD	1. štvrťrok 2025	
Vyhľadávanie v literatúre klinických dôkazov	Identifikovať riziká a trendy pri používaní pomôcky	LRP-STHD	3. štvrťrok 2025	
Vyhľadávanie v globálnej databáze skúšaní	Identifikovať prebiehajúce klinické skúšania s katétromi Medcomp®	Nevzťahuje sa	3. štvrťrok 2025	

Pri aktivitách PMCF neboli zistené žiadne vznikajúce riziká, komplikácie alebo neočakávané zlyhania pomôcky.

6. Možné terapeutické alternatívy

Na podporu nižšie uvedených odporúčaní na liečbu sa použili usmernenia pre klinickú prax Iniciatívy pre kvalitu výsledkov pri ochoreniach obličiek (KDOQI) z roku 2019.

Liečba	Prínosy	Nevýhody	Kľúčové riziká
AV fistula	<ul style="list-style-type: none"> Riešenie trvalého cievneho prístupu Nižšia miera komplikácií ako hemodialýza cez katéter 	<ul style="list-style-type: none"> Vyžaduje čas na dozretie Pacienti si niekedy musia sami kanylovať 	<ul style="list-style-type: none"> Stenóza Trombóza Aneurizma Pľúcna hypertenzia Steal syndróm Septikémia
Katéter na hemodialýzu	<ul style="list-style-type: none"> Užitočné pre rýchly cievny prístup bez zavedenej AV fistuly Môže sa použiť na premostováciu dialýzy medzi inými terapiami 	<ul style="list-style-type: none"> Nie je to trvalé riešenie Dysfunkcia katétra môže narušiť pravidelnú liečbu Prínos nie je rovnaký pre všetky skupiny pacientov 	<ul style="list-style-type: none"> Krvácanie po zákroku Infekcia Trombóza Znížený prietok krvi v nefunkčnom katétri Kardiovaskulárne príhody Tvorba fibrínového puzdra okolo katétra Septikémia
Peritoneálna dialýza	<ul style="list-style-type: none"> Menej obmedzujúca diéta ako hemodialýza Nevyžaduje hospitalizáciu, dá sa vykonať na akomkoľvek čistom mieste 	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňovanie nečistôt je obmedzené prietokom dialyzátu a peritoneálnou oblasťou 	<ul style="list-style-type: none"> Peritonitída Septikémia Hypervolemia
Transplantácia obličiek	<ul style="list-style-type: none"> Lepšia kvalita života v porovnaní s HD Nižšie riziko úmrtia v porovnaní s HD Menej stravovacích obmedzení v porovnaní s HD 	<ul style="list-style-type: none"> Vyžaduje si darcu a dlhý čas Rizikovejšie pre určité skupiny (starší pacienti, diabetici atď.) Pacient musí užívať lieky zabraňujúce odmietnutiu orgánu po celý život Liek zabraňujúci odmietnutiu orgánu má vedľajšie účinky 	<ul style="list-style-type: none"> Trombóza Krvácanie Ureterálna obštrukcia Infekcia Odmietnutie orgánu Smrť Infarkt myokardu Mŕtvica

Liečba	Prínosy	Nevýhody	Kľúčové riziká
Komplexná konzervatívna starostlivosť	<ul style="list-style-type: none"> Menší výskyt symptómov ako pri dialýze Zachováva spokojnosť so spôsobom života 	<ul style="list-style-type: none"> Môže zhoršiť klinický stav Nie je určené na liečbu, ale na minimalizáciu nežiaducich udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> Liečba nemusí v skutočnosti minimalizovať riziká spojené s CKD

7. Odporúčaný profil a školenie pre používateľov

Katéter by mal zavádzať, manipulovať s ním a odstraňovať ho kvalifikovaný lekár s licenciou alebo iný kvalifikovaný zdravotnícky pracovník pod vedením lekára.

8. Odkaz na akékoľvek použité harmonizované normy a spoločné špecifikácie (CS)

Harmonizovaný štandard alebo CS	Revízia	Názov alebo popis	Úroveň zhody
EN 556-1	2001	Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako STERILNÉ. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky sterilizované v spotrebiteľskom balení	Plná
EN ISO 10555-1	2013 + A1: 2017	Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Všeobecné požiadavky	Plná
EN ISO 10555-3	2013	Intravaskulárne katétre. Sterilné katétre a katétre na jednorazové použitie. Centrálné venózne katétre	Plná
EN ISO 10993-1	2020	Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 1: Hodnotenie a skúšanie v systéme manažérstva rizika	Plná
EN ISO 10993-7	2008 + A1: 2022	Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 7: Zvyšky po sterilizácii etylénoxidom. Zmena 1: Uplatniteľnosť prípustných limitov pre novorodencov a dojčatá	Plná
EN ISO 10993-18	2020	Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 18: Chemická charakterizácia materiálov zdravotníckych pomôcok v procese manažérstva rizika	Plná
EN ISO 11070	2014 + A1: 2018	Sterilné intravaskulárne zavádzače, dilatátory a vodiace drôty na jednorazové použitie	Plná

Harmonizovaný štandard alebo CS	Revízia	Názov alebo popis	Úroveň zhody
EN ISO 11135	2014 + A1: 2019	Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Etylénoxid. Požiadavky na vývoj, validáciu a rutinnú kontrolu sterilizačného procesu pri zdravotníckych pomôckach	Plná
EN ISO 11138-1	2017	Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Biologické indikátorové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky	Plná
EN ISO 11138-2	2017	Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Biologické indikátorové systémy. Časť 2: Biologické indikátory pri sterilizácii etylénoxidom	Plná
EN ISO 11138-7	2019	Sterilizácia výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Biologické indikátory. Návod na výber, použitie a interpretáciu výsledkov	Plná
EN ISO 11140-1	2014	Sterilizácia výrobkov zdravotnej starostlivosti. Chemické indikátory. Časť 1: Všeobecné požiadavky	Plná
EN ISO 11607-1	2020	Obaly na sterilizované zdravotnícke pomôcky. Požiadavky na materiály, systémy sterilných bariér a obalové systémy	Plná
EN ISO 11607-2	2020	Obaly na sterilizované zdravotnícke pomôcky. Požiadavky validácie na procesy tvarovania, spájania a skladania	Plná
EN ISO 11737-1	2018 + A1: 2021	Sterilizácia výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Mikrobiologické metódy. Stanovenie populácie mikroorganizmov na výrobkoch	Plná
EN ISO 13485	2016 + A11: 2021	Zdravotnícke pomôcky. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na regulačné účely	Plná
EN ISO 14155	2020	Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok na humánne použitie. Správna klinická prax	Plná
EN ISO 14644-1	2015	Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 1: Klasifikácia čistoty ovzdušia pomocou koncentrácie častíc	Plná
EN ISO 14644-2	2015	Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 2: Monitorovanie s cieľom poskytnúť dôkazy o výkonnosti čistých priestorov v súvislosti s čistotou vzduchu podľa koncentrácie častíc	Plná

Harmonizovaný štandard alebo CS	Revízia	Názov alebo popis	Úroveň zhody
EN ISO 14971	2019 + A11: 2021	Zdravotnícke pomôcky. Aplikácia manažérstva rizika pri zdravotníckych pomôckach	Plná
EN ISO 15223-1	2021	Zdravotnícke pomôcky. Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a poskytovanie informácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky	Plná
EN ISO/IEC 17025	2017	Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií	Plná
PD CEN ISO/TR 20416	2020	Zdravotnícke pomôcky. Dohľad výrobcov zdravotníckych pomôcok po uvedení na trh	Plná
EN ISO 20417	2021	Zdravotnícke pomôcky. Informácie poskytované výrobcom	Plná
EN 62366-1	2015 + A1: 2020	Zdravotnícke pomôcky. Časť 1: Uplatnenie stanovenia použiteľnosti na zdravotnícke pomôcky	Plná
ISO 7000	2019	Grafické značky používané na zariadeniach. Registrované značky	Čiastočný
ISO 594-1	1986	Kuželové spojky so 6 % (Luerovým) kuželom pre injekčné striekačky, ihly a niektoré iné zdravotnícke pomôcky - časť 1: Všeobecné požiadavky	Plná
ISO 594-2	1998	Kuželové spojky so 6 % (Luerovým) kuželom pre injekčné striekačky, ihly a niektoré iné zdravotnícke pomôcky - časť 2: Zámková armatúra	Plná
MEDDEV 2.7.1	Rev. 4	Klinické hodnotenie: Príručka pre výrobcov a notifikované osoby podľa smerníc 93/42/EHS a 90/385/EHS	Plná
MEDDEV 2.12/2	Rev. 2	USMERNENIA PRE ŠTÚDIE KLINICKÉHO SLEDOVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK PO UVEDENÍ NA TRH - PRÍRUČKA PRE VÝROBCOV A NOTIFIKOVANÉ OSOBY	Plná
MDCG 2020-6	2020	Klinický dôkaz potrebný pre zdravotnícke pomôcky predtým označené CE podľa smerníc 93/42/EHS alebo 90/385/EHS	Plná
MDCG 2020-7	2020	Šablóna plánu klinického sledovania po uvedení na trh (PMCF) - Príručka pre výrobcov a notifikované osoby	Plná
MDCG 2020-8	2020	Šablóna správy o hodnotení klinického sledovania po uvedení na trh (PMCF) - Príručka pre výrobcov a notifikované osoby	Plná

Harmonizovaný štandard alebo CS	Revízia	Názov alebo popis	Úroveň zhody
MDCG 2018-1	Rev. 4	Usmernenie týkajúce sa ZÁKLADNÉHO UDI-DI a zmeny UDI-DI	Plná
MDCG 2019-9	2022	Súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu	Plná
ASTM D 4169-22	2022	Štandardné postupy testovania výkonnosti prepravných kontajnerov a systémov	Plná
ASTM F2096-11	2019	Štandardná skúšobná metóda na detekciu výrazných netesností balenia vnútorným natlakovaním (bublínková skúšobná metóda)	Plná
ASTM F2503-20	2020	Štandardná prax označovania zdravotníckych pomôcok a iných položiek týkajúceho sa bezpečnosti v prostredí magnetickej rezonancie	Plná
ASTM F640-20	2020	Štandardné skúšobné metódy stanovenia priepustnosti RTG žiarenia na použitie v zdravotníctve	Plná
ASTM D4332-14	2014	Štandardný postup úpravy nádob, obalov alebo komponentov balenia na testovanie	Plná
Nariadenie (EÚ) 2017/745	2017	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745	Plná

PACIENTI

SÚHRN PARAMETROV BEZPEČNOSTI A KLINICKÉHO VÝKONU

Revízia: SSCP-027 Rev. 4

Dátum: 16 septembri 2024

Účelom tohto súhrnu parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) je poskytnúť verejnosti prístup k aktualizovanému súhrnu hlavných aspektov bezpečnosti a klinického výkonu pomôcky. Nižšie uvedené informácie sú určené pre pacientov alebo laikov. Rozsiahlejší súhrn bezpečnosti a klinického výkonu pripravený pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa nachádza v prvej časti tohto dokumentu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

SSCP nie je určený na poskytovanie všeobecných rád o liečbe zdravotného stavu. Ak máte otázky týkajúce sa vášho zdravotného stavu alebo používania pomôcky vo vašej situácii, obráťte sa na svojho lekára.

Tento SSCP nie je určený na to, aby nahradil kartu implantátu alebo návod na použitie poskytujúci informácie o bezpečnom používaní pomôcky.

1. Identifikácia pomôcky a všeobecné informácie

Obchodné názvy pomôcky	Katéter Duo-Flow® Soft-Line®
Názov a adresa výrobcu	Medical Components, Inc. 1499 Delp Drive Harleysville, PA 19438 USA
Základný identifikátor (UDI-DI)	00884908301MS
Dátum prvého vydania certifikátu CE pre túto pomôcku	Marec 2001

Predmetom tohto dokumentu sú súpravy s hemodialyzačnými hadičkami (katétramí). Tieto hadičky sa používajú krátkodobo a dodávajú sa v rôznych súpravách. Tieto pomôcky sú distribuované ako zásobníky na zákroky. Zásobníky na zákroky sa dodávajú v rôznych konfiguráciách.

Varianty pomôcok:

Popis variantu	Číslo/-a dielu
11,5 F x 12 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1348G
11,5 F x 15 cm vopred zahnutý Duo-Flow Soft-Line	1388G
11,5 F x 15 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1346G
11,5 F x 20 cm vopred zahnutý Duo-Flow Soft-Line	1389G
11,5 F x 20 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1347G
11,5 F x 24 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1364G
7 F x 10 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1352G-10
7 F x 7 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1352G-7
9 F x 12 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1349
9 F x 15 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1350
9 F x 20 cm rovný Duo-Flow Soft-Line	1351

Zásobníky na zákroky:

Katalógový kód	Číslo dielu	Popis
DJST710	1352G-10	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Jet® Soft-Line®, veľkosť 7 F x 10 cm
DL7/10	1352G-10	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Nikkiso Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 7 F x 10 cm
T114ME	1348G	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 11,5 F x 12 cm
T116IJS-2E.	1388G	Základná súprava s vopred zahnutým dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line® s dvomi prišívacími krídlami, veľkosť 11,5 F x 15 cm
T116ME	1346G	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 11,5 F x 15 cm
T118IJS-2E.	1389G	Základná súprava s vopred zahnutým dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line® s dvomi prišívacími krídlami, veľkosť 11,5 F x 20 cm
T118ME	1347G	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 11,5 F x 20 cm
T119M	1364G	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 11,5 F x 24 cm
T73M	1352G-7	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 7 F x 7 cm
T74M	1352G-10	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 7 F x 10 cm
T94M	1349	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 9 F x 12 cm

Katalógový kód	Číslo dielu	Popis
T96M	1350	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 9 F x 15 cm
T98M	1351	Základná súprava s dvojlúmenovým hemodialyzačným katétrom Duo-Flow® Soft-Line®, veľkosť 9 F x 20 cm

Konfigurácie zásobníkov na zákroky:

Typ konfigurácie
Základná súprava Duo-Flow® Soft-Line®

2. Určené použitie pomôcky

Určené použitie	Katétre Duo-Flow® Soft-Line® sú určené na použitie u dospelých pacientov s akútnym poškodením obličiek (AKI) alebo chronickým ochorením obličiek (CKD), u ktorých sa na základe pokynov kvalifikovaného akreditovaného lekára považuje za potrebné bezprostredne vykonať centrálny venózný cievny prístup na krátkodobú hemodialýzu. Katéter sa má používať pod pravidelnou kontrolou a posúdením kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov. Tento katéter je určený len na jednorazové použitie.
Indikácie	Katéter Duo-Flow® Soft-Line® je indikovaný na krátkodobé použitie v prípadoch, keď je potrebný cievny prístup na účely hemodialýzy na kratšie ako 14 dní.
Určené skupiny pacientov	Katétre Duo-Flow® Soft-Line® sú určené na použitie u dospelých pacientov s akútnym poškodením obličiek (AKI) alebo chronickým ochorením obličiek (CKD), u ktorých sa na základe pokynov kvalifikovaného akreditovaného lekára považuje za potrebné bezprostredne vykonať centrálny venózný cievny prístup na krátkodobú hemodialýzu. Katéter nie je určený na použitie u pediatrických pacientov.
Kontraindikácie	<ul style="list-style-type: none"> Známe alebo predpokladané alergie na niektorú zo zložiek katétra alebo súpravy. Táto pomôcka je kontraindikovaná u pacientov so závažnou, nekontrolovanou koagulopatiou alebo trombocytopéniou.

3. Popis pomôcky



Obrázok 1 - Katéter Duo-Flow® Soft-Line® (rovný)



Obrázok 2 - Katéter Duo-Flow® Soft-Line® (vopred zahnutý)

<p>Popis pomôcky</p>	<p><u>Duo-Flow® Soft-Line®</u></p> <p>Katéter Duo-Flow® Soft-Line® má dve samostatné dráhy, ktorými sa krv odvádza a potom znovu vracia do tela. Jednotlivé dráhy majú farebne odlišené hadičky. Hadičky sú pripojené k dielu v tvare spojky. Obe dráhy majú malé otvory, ktoré napomáhajú v prúdeňí krvi. Pomôcka obsahuje látku nazývanú síran bárnatý, aby sa dala ľahšie zobrazit' pomocou röntgenových lúčov. Dodáva sa v rôznych veľkostiach a tvaroch na prispôsobenie potrebám pacienta, ktoré určí lekár.</p> <p><u>Duo-Jet® Soft-Line®</u></p> <p>Katéter Duo-Jet® Soft-Line® má dve samostatné dráhy, ktorými sa krv odvádza a potom znovu vracia do tela. Jednotlivé dráhy majú farebne odlišené hadičky. Hadičky sú pripojené k dielu v tvare spojky. Obe dráhy majú malé otvory, ktoré napomáhajú v prúdeňí krvi. Pomôcka obsahuje látku nazývanú síran bárnatý, aby sa dala ľahšie zobrazit' pomocou röntgenových lúčov.</p> <p><u>Nikkiso Soft-Line®</u></p> <p>Katéter Nikkiso Soft-Line® má dve samostatné dráhy, ktorými sa krv odvádza a potom znovu vracia do tela. Jednotlivé dráhy majú farebne odlišené hadičky. Hadičky sú pripojené k dielu v tvare spojky. Obe dráhy majú malé otvory, ktoré napomáhajú v prúdeňí krvi. Pomôcka obsahuje látku nazývanú síran bárnatý, aby sa dala ľahšie zobrazit' pomocou röntgenových lúčov.</p>														
<p>Materiály/látky, ktoré prichádzajú do kontaktu s tkanivom pacienta</p>	<p>Percentuálne rozsahy uvedené nižšie sú založené na hmotnostiach katéetrov. Katéter veľkosti 7 F x 7 cm váži 7,48 gramu. Katéter veľkosti 11,5 F x 20 cm váži 9,94 gramu.</p> <table border="1" data-bbox="521 1325 1425 1623"> <thead> <tr> <th>Materiál</th> <th>% hmotnosti (w/w)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polyuretán</td> <td>37,75 - 46,38</td> </tr> <tr> <td>Acetálový kopolymér</td> <td>19,28 - 25,63</td> </tr> <tr> <td>Polyvinylchlorid</td> <td>19,23 - 25,56</td> </tr> <tr> <td>Akrylonitrilbutadiénstyrén</td> <td>7,81 - 10,38</td> </tr> <tr> <td>Síran bárnatý</td> <td>0,68 - 5,01</td> </tr> <tr> <td>Vythene</td> <td>0 - 2,28</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Poznámka:</u> Pomôcku nepoužívajte, ak ste alergický na vyššie uvedené materiály.</p>	Materiál	% hmotnosti (w/w)	Polyuretán	37,75 - 46,38	Acetálový kopolymér	19,28 - 25,63	Polyvinylchlorid	19,23 - 25,56	Akrylonitrilbutadiénstyrén	7,81 - 10,38	Síran bárnatý	0,68 - 5,01	Vythene	0 - 2,28
Materiál	% hmotnosti (w/w)														
Polyuretán	37,75 - 46,38														
Acetálový kopolymér	19,28 - 25,63														
Polyvinylchlorid	19,23 - 25,56														
Akrylonitrilbutadiénstyrén	7,81 - 10,38														
Síran bárnatý	0,68 - 5,01														
Vythene	0 - 2,28														

Informácie týkajúce sa liečiv v pomôcke	Nevzťahuje sa.	
Princíp fungovania pomôcky	Hemodialyzačné hadičky zaisťujú prístup do žily alebo tepny. Hadička je tenká a flexibilná a zavedie sa do veľkej žily blízko stredu tela. V hadičke sú dva otvory. Jedným otvorom sa krv odvádza do prístroja na čistenie krvi. Druhým otvorom sa čistá krv vracia späť do tela. Táto hadička sa používa vtedy, keď niekto ihneď potrebuje prečistenie krvi a nie je možné použiť iný typ hadičky. Táto hadička sa používa iba krátkodobo.	
Informácie týkajúce sa čistenia (sterilizácie)	Obsah neotvoreného a nepoškodeného balenia je čistý a nespôsobí horúčku. Sterilizované etylénoxidom.	
Opis príslušenstva	Názov príslušenstva	Popis príslušenstva
	Vodiaci drôt	Slúži ako cesta pre ostatné komponenty.
	Posúvač vodiaceho drôtu	Pomáha pri zavádzaní vodiaceho drôtu.
	Zavádzacia ihla	Umiestnená do cieľovej žily za účelom vytvorenia prístupu.
	Skalpel	Pomôcka na rezanie.
	Dilatátor	Používa sa na zväčšenie otvoru cievy.
	Koncový uzáver	Na udržanie čistého katétra medzi ošetreniami.
	Striekačka	Pomáha pri návrate krvi, keď ihla prepichne žilu.

4. Riziká a výstrahy

Ak po použití tejto pomôcky máte dojem, že niečo nie je v poriadku s tým, ako sa cítite, alebo ak máte obavy z nejakých problémov, pohovorte si so svojím lekárom. Pamätajte, že tieto informácie neslúžia ako náhrada toho, aby ste si pohovorili s lekárom, ak treba.

Ako sa kontrolovali alebo riadili potenciálne riziká	<p>Od januára 2019 sa predalo 24 408 pomôcok. S pomôckou sú spojené vedľajšie účinky a riziká. Vrátane:</p> <ul style="list-style-type: none">• Infekcia• Krvácanie• Odstránenie hadičky• Výmena hadičky <p>Tieto riziká sú znížené na prijateľnú úroveň. Riziká sú uvedené na etikete. Prínosom pomôcky je vytvorenie prístupu na hemodialýzu v prípade, že nie sú dostupné vhodné alternatívy. Tieto prínosy prevažujú nad rizikami.</p>
--	---

Zostávajúce riziká a nežiaduce účinky	<p>Katéter Duo-Flow® Soft-Line® je spojený s rizikami. Vráťane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesné oneskorenia • Krvné zrazeniny v žilách (trombóza) • Infekcie • Prepichnutia orgánov (perforácie) • Vzduchové bubliny v žilách (embólia) • Problémy so srdcom (srdcová príhoda) • Pocit nespokojnosti so zákrokom (nedostatočná satisfakcia) <p>Riziká používania pomôcky Medcomp sú podobné ako pri iných hadičkách na dialýzu. Najbežnejším problémom je vznik infekcie. Infekcie sa môžu prihodiť, keď niekto podstúpi operáciu alebo je umiestnený v nemocnici ako pacient. Infekcie nie sú vždy spôsobené používaním tejto pomôcky.</p>		
	Kvantifikácia reziduálnych rizík		
	Kategória reziduálneho poranenia pacienta	St'aznosti v rámci PMS (1. januára 2018 - 31. decembra 2023)	Udalosti v rámci klinického sledovania po uvedení na trh
		Predané jednotky: 28 628	Študované jednotky: 0
		% pomôcok	% pomôcok
	Alergická reakcia	Nie je nahlásená.	Nie je nahlásená.
	Krvácanie	1 udalosť na 28 000 prípadov	Nie je nahlásená.
	Srdcová udalosť	Nie je nahlásená.	Nie je nahlásená.
	Embólia	Nie je nahlásená.	Nie je nahlásená.
	Infekcia	Nie je nahlásená.	Nie je nahlásená.
Perforácia	Nie je nahlásená.	Nie je nahlásená.	
Stenóza	Nie je nahlásená.	Nie je nahlásená.	
Poškodenie tkaniva	Nie je nahlásená.	Nie je nahlásená.	
Trombóza	Nie je nahlásená.	Nie je nahlásená.	

<p>Výstrahy a bezpečnostné opatrenia</p>	<p>Nižšie sú uvedené upozornenia, bezpečnostné opatrenia alebo opatrenia, ktoré má pacient prijať:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vždy, keď sa katéter používa, noste na nose a ústach nasadené rúško, aby sa baktérie nedostali do katétra. • Udržujte obvaz katétra čistý a suchý. Obvaz by mal vymeniť zdravotnícky pracovník pri každej dialýze. • Katéter a miesto zavedenia katétra chráňte pred vlhkom. Vlhkosť v blízkosti miesta s katétrom môže spôsobiť infekciu. • Požiadajte lekára, aby vám vysvetlil príznaky infekcie katétra. • Nikdy neodstraňujte uzáver na konci katétra. Keď sa katéter nepoužíva na dialýzu, uzáver a svorky musia byť uzavreté.
<p>Súhrn všetkých bezpečnostných nápravných opatrení v teréne (FSCA)</p>	<p>V období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2023 nedošlo k žiadnemu stiahnutiu pomôcky z trhu.</p>

5. Súhrn klinického hodnotenia a klinického sledovania po uvedení na trh

Klinické pozadie pomôcky
Katéter Duo-Flow® Soft-Line® je dostupný od roku 1999. Značka CE bola udelená v marci 2001. FDA v USA uvoľnila pomôcku v júni 1999. V Európskej únii sa plánuje distribuovať všetky zahrnuté modely.
Klinický dôkaz na udelenie označenia CE
Prehľad klinickej literatúry identifikoval 3 článkov týkajúcich sa bezpečnosti a/alebo výkonu predmetnej pomôcky, keď sa používa podľa určenia. Tieto články obsahovali približne 158 prípadov. V súvislosti s touto pomôckou bol prijatý 1 dotazník používateľa. Zistenia z klinickej literatúry a činnosti s údajmi podporujú výkonnosť predmetného zariadenia. Všetky údaje o katétri Duo-Flow® Soft-Line® boli vyhodnotené. Keď túto pomôcku používate vymedzeným spôsobom, úžitok, ktorý prináša, prevyšuje nedobré veci, ktoré by pomôcka mohla spôsobiť. Táto pomôcka pomáha ľuďom, ktorí majú problémy s obličkami, aby dostali hemodialýzu, keď pre nich nie sú vhodné iné postupy liečby.
Bezpečnosť
Existuje dostatok údajov na preukázanie zhody s platnými požiadavkami. Pomôcka je bezpečná a funguje tak, ako bolo určené a vyhlásené spoločnosťou Medcomp. Ide o najmodernejšiu pomôcku na umožnenie krátkodobého cievneho prístupu na hemodialýzu u dospelých pacientov. Spoločnosť Medcomp zhodnotila: <ul style="list-style-type: none">• Údaje po uvedení na trh• Informačné materiály spoločnosti Medcomp• Dokumentáciu riadenia rizík Riziká pomôcky sú jasne zobrazené a sú pre tento typ výrobku prijateľné. V porovnaní s úžitkom tejto pomôcky sú riziká v poriadku. Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2023 bolo podaných 12 sťažností na 24 408 predaných kusov. Miera sťažností predstavuje 0,049 %.

6. Možné terapeutické alternatívy

Pri zvažovaní alternatívnej liečby sa odporúča kontaktovať svojho lekára, ktorý zväží vašu individuálnu situáciu. Na podporu nižšie uvedených odporúčaní na liečbu sa použili usmernenia pre klinickú prax Iniciatívy pre kvalitu výsledkov pri ochoreniach obličiek (KDOQI) z roku 2019.

Liečba	Prínosy	Nevýhody	Kľúčové riziká
AV fistula	<ul style="list-style-type: none"> • Trvalé riešenie. • Nižšia miera komplikácií ako katéter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyžaduje čas. • Pacienti si niekedy musia sami napichnúť ihlu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zúženie žily (stenóza) • Trombóza • Vydutie cievy (aneuryzma) • Vysoký krvný tlak v pľúcach (pulmonálna hypertenzia) • Nedostatočné prúdenie krvi do určitej oblasti (steal syndróm) • Infekcia v krvi (septikémia)
Katéter na hemodialýzu	<ul style="list-style-type: none"> • Užitočné pre rýchly prístup. • Môže byť použitý medzi terapiami. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nie je trvalý. • Môže dôjsť k dysfunkcii katétra. • Prínos nemusí byť pre každého rovnaký. 	<ul style="list-style-type: none"> • Krvácanie po zákroku • Infekcia • Trombóza • Znížený prietok krvi v nefunkčnom katétri • Kardiovaskulárne príhody • Tvorba fibrínového puzdra okolo katétra • Septikémia
Peritoneálna dialýza	<ul style="list-style-type: none"> • Menej obmedzujúca diéta ako hemodialýza. • Nevyžaduje hospitalizáciu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klírens nečistôt je obmedzený prietokom a priestorom. 	<ul style="list-style-type: none"> • Infekcia brušnej dutiny (peritonitída) • Septikémia • Hypervolemia
Transplantácia obličiek	<ul style="list-style-type: none"> • Lepšia kvalita života. • Nižšie riziko úmrtia. • Menej obmedzení v stravovaní. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyžaduje darcu. • Rizikovejšie pre určité skupiny. • Pacient musí užívať lieky po celý život. • Lieky majú vedľajšie účinky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trombóza • Závažné krvácanie (hemorágia) • Blokovanie svalových trubíc, ktoré odvádzajú moč (obštrukcia močovoľdu) • Infekcia • Odmietnutie orgánu • Smrť • Problém so srdcom (infarkt myokardu) • Zablokovanie prísunu krvi do mozgu (cievna mozgová príhoda)
Komplexná konzervatívna starostlivosť	<ul style="list-style-type: none"> • Menší výskyt symptómov. • Zachováva spokojnosť so spôsobom života. 	<ul style="list-style-type: none"> • Môže zhoršiť klinický stav. • Nie je určená na liečbu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Liečba nemusí v skutočnosti minimalizovať riziká spojené s CKD

7. Odporúčané školenie pre používateľov

Katéter by mal zavádzať, manipulovať s ním a odstraňovať ho kvalifikovaný lekár s licenciou alebo iný kvalifikovaný zdravotnícky pracovník pod vedením lekára.

Skratka	Definícia
AKI	Akútne poškodenie obličiek
AV	Arteriovenózný
CE	Conformité Européenne (Európska zhoda)
CKD	Chronické ochorenie obličiek
cm	Centimeter
CMR	Karcinogénne, mutagénne, toxické pre reprodukciu
CVC	Centrálny venózný katéter
EÚ	Európska únia
F	French (hrúbka katétra)
FDA	Food and Drug Administration
FSCA	Bezpečnostné nápravné opatrenie v teréne
HD	Hemodialýza
KDOQI	Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
PA	Pennsylvania
PMCF	Klinické sledovanie po uvedení na trh
PMS	Dohľad po uvedení na trh
SSCP	Súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu
STHD	Krátkodobá hemodialýza
USA	Spojené štáty americké
w/w	Hmotnostný pomer

Pridajte kópiu do „dokumentácie MDR“ (počiatočné číslo a dátum):